

ANTİ SARS-COV-2 IgG ANTİKOR TEST ALIMI İÇİN TEKNİK ŞARTNAME:

1. Kit hasta serum veya plazma örneklerinde COVID-19 virusunun majör antijenlerine karşı gelişmiş olan IgG antikorlarının varlığını ve titreleri tespit edebilmelidir.
2. Test enzime immunoassay (EIA) veya enzime-linked immunosorbent assay (ELISA) yöntemiyle çalışmalıdır.
3. Tüm reaktifler orijinal ambalajlarında olmalı ve üzerlerinde hangi test olduğu ve kaç test olduğunu tanımlayan barkod etiketi bulunmalıdır.
4. Deneylerde kullanılacak reaktifler kullanıma hazır durumda olmalı, özel olarak hazırlanmasına ihtiyaç duyulmamalıdır.
5. Kit içeriğinde ilgili testin pozitif ve negatif kontrol serumları bulunmalıdır.
6. Ürün miadı teslim tarihinden itibaren en az 3 ay olmalıdır.
7. Faturalandırma talep edilen miktar üzerinden olacaktır.

Prof. Dr. Şükrü Örsüz
Düzce Tıp Fakültesi
Abdül Mikrobiyoloji AD.
Do. No: 3475

Doç. Dr. Emel ÇALIŞKAN
Düzce Univ. Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip. No: 3475
Dip. Mesel. No: 98402